



DECLARATION OF CONFORMITY [DECLARATION DE CONFORMITE]

Apparatus Identification [Identification de l'appareil]

Fluke 374, 375 and 376 True-RMS Clamp Meters

Apparatus Classification [Classification de l'appareil]

Test and Measurement Equipment [Equipement de mesure et de test]

Statement of Conformity [Déclaration de conformité]

Based on sample product test results using appropriate standards, and in accordance with the following EC Directives, Fluke hereby declares the Fluke 374, 375 and 376 True-RMS Clamp Meters to be in conformity with:

EC Directive 2004/108/EC, Electromagnetic Compatibility; and

EC Directive 2006/95/EC, Low Voltage

[En se fondant sur les résultats de test du produit-témoin avec les normes appropriées, et en conformité avec les directives CE suivantes, la société Fluke déclare par le présent document que Fluke 374, 375 and 376 True-RMS Clamp Meters sont conformes avec :

la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC; et

la directive sur les basses tensions 2006/95/EC]

Sample Product Testing for EMC [Tests de CEM du produit-témoin]

Tested By [Testé par]

Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd.
3 F., 34 Bldg., 680 Guiping Rd.,
Caohejing Hi-Tech Park, Shanghai 200233, China

Standards Used [Normes utilisées]

EN 61326-1:2006

Report ID [ID du rapport]

ACI-E10100

Issued : 18 August 2010 [publié le 18 Août 2010]

Sample Product Testing for Safety [Tests de sécurité du produit-témoin]

Tested By [Testé par]

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd., Everett, WA. 98206
United States of America

Standards Used [Normes utilisées]

EN 61010-1:2001 (2nd. Ed.)
EN 61010-2-032:2002

Report ID [ID du rapport]

37X_iec61010_1e/37X_IEC61010_2_032

Issued : 26 August 2010 [publié le 26 Août 2010]

Manufacturer [Fabricant]

Fluke
6920 Seaway Boulevard
PO Box 9090
Everett, WA 98206-9090
United States of America



James Cavoretto

Sr.VP & CTO Fluke Industrial Group

DC20101020 - 100010 - English [French]

**FLUKE®**

Konformitätserklärung

Produktbezeichnung

Fluke 374, 375 and 376 True-RMS Clamp Meters

Produktgruppe

Mess- und Prüfgeräte

Bestätigung

Basierend auf den Testergebnissen der nach der Produktnorm geforderten Geräteprüfungen und in Übereinstimmung mit den betreffenden Europäischen Richtlinien, bestätigt hersteller,

dass die oben bezeichnete Produktfamilie den folgenden Richtlinien entsprechen:

EG Richtlinie 2004/108/EG, EMV-Richtlinie; und

EG Richtlinie 2006/95/EG, Niederspannungsrichtlinie

Geräteprüfung auf EMV

Getestet durch

Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd.
3 F., 34 Bldg., 680 Guiping Rd.,
Caohejing Hi-Tech Park, Shanghai 200233, China

Angewandte Normen

EN 61326-1:2006

Bericht-Nr.:

ACI-E10100
Ausgestellt am 18 August 2010

Geräteprüfung auf Produktsicherheit

Getestet durch

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd., Everett, WA. 98206
United States of America

Angewandte Normen

EN 61010-1:2001 (2nd. Ed.)
EN 61010-2-032:2002

Bericht-Nr.:

37X_iec61010_1e/37X_IEC61010_2_032
Ausgestellt am 26 August 2010

Hersteller

Fluke
6920 Seaway Boulevard
PO Box 9090
Everett, WA 98206-9090
United States of America

James Cavoretto
Sr.VP & CTO Fluke Industrial Group
DC20101020 - 100010 - German